



READ THE MANUAL BEFORE OPERATING THIS PRODUCT


COMPEX  [®]

MOLECULE™

Vibrating Massage Ball

INTRODUCTION

The Complex Molecule vibrating massage ball has four levels of vibration intensity to promote relief from stiff or aching muscles. Increases circulation in targeted areas, relieve soreness, and inflammation to muscles. Use this tool before and after a workout to sooth and promote recovery to your body.



- (A)** Level 1 - 1700rpm
- (B)** Level 2 - 1900rpm
- (C)** Level 3 - 2200rpm
- (D)** Level 4 - 2200-1700rpm
- (E)** Power Indicator
- (F)** USB charging port (5V 2A)

POWER INDICATOR



<20%



40%



60%



80%



>80%

BASIC SPECIFICATION		SPEED 1	SPEED 2	SPEED 3	SPEED 4	REMARK
Noise(dB)		<54db	-	-	54db	Condition: 30cm distance
Rotational speed (with loading)		1700	1900	2200	1700- 2200	
Hertz (Hz)		28.33 Hz	31.67 Hz	36.67 Hz	28.3Hz- 36.6Hz	
Power consump- tion testing	Voltage (V)	8.1	8.06	7.88	7.88	
	Current (A)	0.29	0.41	0.91	0.8	
	Power (W)	2.35W	3.3W	7.2W	6.3W	
Charge and Discharge test	Charge time	1.5H				
	Discharge time	1-1.5H				Every 15 minutes of work automati- cally stops for one round
Stand-by Power Consumption		<60uA				
Adapter	AC100-240V 50/60Hz, 5V 2A US standard USB cable (Certification: UL/ETL ROHS)					
Battery	7.4V 1200mAh Li-Polymer Battery (2 in series)					

FUNCTION INSTRUCTIONS

The product is designed to have four levels of vibration intensity. To power on/off, press down the power button for 3 seconds until the power indicator light illuminate/turn-off. To select the desirable vibration level, press the power button to cycle from one level to the next. The blue light will indicate the vibration level you are on.



CAUTION

- It is not recommended to deplete the battery less than 20% for a long period of time. Please fully charge the device to avoid discharge of the battery when the device is lower than 25% battery life.
- In each mode, the device will automatically turn off after 15 minutes of use.



SAFETY WARNING

THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:

- Used by and/or administered by adults only.
- Stop immediately if you feel any pain or discomfort.
- Avoid contact with head and/or other bony areas.
- Use on body parts for no more than 1 minute per specific location. Keep moving over muscles and avoid bony areas.
- Do not drop Molecule™.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- The appliance is only to be used with the power supply unit<model ICP15A-050-2000B> provided with the appliance.
- **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.

CONTRAINDICATIONS

PLEASE DO NOT USE MOLECULE™ WITHOUT RECEIVING APPROVAL FROM YOUR DOCTOR IF THE FOLLOWING CONDITIONS APPLY:

- Recent surgeries of any kind
- Skin conditions and/or wounds affected by vibrating massagers
- Herniated disks
- Pregnancy
- Diabetes/neuropathy or retinal damage
- Have a pacemaker
- Injuries affected by vibrating massagers
- Epilepsy or migraines
- Disc herniation
- Spondylolisthesis
- Vertebral detachment or spine joint rigidity
- Recent replacement of joints or IUD
- Metal pins or metal plates
- Any health-related diseases



WARNINGS

- Do not use if injured.
- Do not immerse in water, sand and/or loose debris that might get into motor housing vent.
- Do not remove screws or attempt to disassemble.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable

ADVERSE REACTIONS

You may experience skin irritation and mild bruising if Molecule™ is used in one spot for more than 60 seconds or over bony areas. Adverse reactions may be experienced by people recovering from surgery, skin conditions, wounds, nerve conditions, broken bones and/or contusions. To avoid reactions, users should consult doctor prior to using Molecule™.

CHARGING INSTRUCTIONS

1. Please fully charge the device before first use.
2. While charging, the power indicator will turn to green according to the actual power level of the battery.
3. The product cannot be used while charging.
4. Please only use the adapter provided. Do not use other adapters to avoid damage to the battery and potential danger.
5. Charging time: 1.5 hours.

WARRANTY

This device carries a limited warranty of two years from the date of delivery. The warranty applies to the device only, and the battery is not covered by this warranty.

During the warranty period, defective items will be repaired or replaced at no charge. Any evidence of misuse, abuse, alterations, or externally caused damage may have this warranty invalid.

For more information, please contact the distributor/manufacturer.

DECLARATION OF CONFORMITY

FCC PART 15B Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

COMPEX VIBRATING MASSAGE BALL

MODEL: INTL-CX202WL03

Powered by Lithium-polymer battery (7.4V, 1200mAh, 8.88Wh)

Rated Input: 5V 2A

Rated Power: Max. 12W

Use only with <ICP15A-050-2000B> supply unit



Made in China

CONTACT INFORMATION

Distributed by DJO France S.A.S

Centre Européen de Frêt, 3 rue de Bethar

64990 Mouguerre France

www.compex.com

Copyright © 2020 by DJO, LLC

Individual results may vary. Neither DJO, LLC nor any of its subsidiaries dispense medical advice. The contents of this document do not constitute medical advice. Rather, please consult your healthcare professional for information on the courses of treatment, if any, which may be appropriate for you.



LIRE LE MANUEL AVANT D'UTILISER CE PRODUIT


COMPEX ®

MOLECULE™

Boule de massage vibrante

INTRODUCTION

La boule de massage vibrante Complex Molecule offre quatre niveaux d'intensité de vibration pour soulager les douleurs ou la raideur musculaires. Elle stimule la circulation dans les zones ciblées et soulage la douleur et le gonflement des muscles. Utilisez cet outil de récupération avant et après une séance d'entraînement pour soulager et stimuler votre corps.



- (A) Niveau 1 - 1700 tr/min
- (B) Niveau 2 - 1900 tr/min
- (C) Niveau 3 - 2 200 tr/min
- (D) Niveau 4 - 2 200-1 700 tr/min
- (E) Voyant d'alimentation
- (F) Port de chargement USB (5 V 2 A)

VOYANT D'ALIMENTATION



<20%



40%



60%



80%



>80%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE BASE		VITESSE 1	VITESSE 2	VITESSE 3	VITESSE 4	REMARQUE
Bruit (dB)		<54db	-	-	54db	Condition: 30 cm de distance
Vitesse de rotation (tours par minute)		1700	1900	2200	1700-2200	
Hertz (Hz)		28.33 Hz	31.67 Hz	36.67 Hz	28.3Hz-36.6Hz	
Consommation énergétique	Tension (V)	8.1	8.06	7.88	7.88	
	Intensité (A)	0.29	0.41	0.91	0.8	
	Puissance (W)	2.35W	3.3W	7.2W	6.3W	
Charge et de décharge	Temps de charge	1,5 h				
	Temps de décharge	1-1,5 h				S'arrête automatiquement toutes les 15 minutes de marche pour un cycle
Consommation d'énergie en veille		<60uA				
Adaptateur	Câble USB standard États-Unis CA 100-240 V 50/60 Hz, 5 V 2 A (Certification : UL/ETL ROHS)					
Batterie	Batterie li-polymère 7,4 V 1 200 mAh (2 en série)					

MODE D'EMPLOI

Le produit intègre quatre niveaux d'intensité de vibration. Pour allumer/éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton de mise sous tension pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant d'alimentation s'allume/s'éteigne. Pour sélectionner le niveau de vibration souhaité, appuyez sur le bouton d'alimentation pour passer d'un niveau à l'autre. Le voyant bleu indique le niveau de vibration actuellement sélectionné.



ATTENTION

- Il est déconseillé de laisser la batterie fonctionner à moins de 20 % d'autonomie pendant une période prolongée. Chargez complètement l'appareil pour éviter la décharge de la batterie lorsque l'autonomie de la batterie est inférieure à 25 %.
- Dans chaque mode, l'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes d'utilisation.



AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- Appareil destiné à être utilisé et/ou administré par des adultes uniquement.
- Arrêtez immédiatement toute utilisation si vous ressentez une douleur ou une gêne.
- Évitez tout contact avec la tête et/ou d'autres zones osseuses.
- Ne l'appliquez pas sur des parties du corps pendant plus d'une minute par emplacement spécifique. Appliquez sur les muscles et évitez les zones osseuses.
- Évitez toute chute de la boule de massage Molecule™.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne bénéficient de la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles reçoivent des instructions de cette personne concernant l'utilisation de l'appareil.

- Les enfants doivent être surveillés afin d'empêcher qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation <modèle ICP15A-050-2000B> qui l'accompagne.
- **AVERTISSEMENT** : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec cet appareil.

CONTRE-INDICATIONS

DANS LES CONDITIONS SUIVANTES, N'UTILISEZ PAS LA BOULE DE MASSAGE MOLECULE™ ION™ SANS L'APPROBATION DE VOTRE MÉDECIN :

- Interventions chirurgicales récentes de tout type
- Affections cutanées et/ou plaies affectées par des masseurs vibrants
- Hernies discales
- Grossesse
- Diabète/neuropathie ou lésions rétinienues
- Port de stimulateurs cardiaques
- Lésions affectées par des masseurs vibrants
- Épilepsie ou migraine
- Hernie discale
- Spondylolisthésis
- Décollement vertébral ou rigidité articulaire de la colonne vertébrale
- Remplacement récent d'articulations ou de dispositifs intra-utérins
- Broches métalliques ou plaques métalliques
- Toute maladie chronique



AVERTISSEMENTS

- N'utilisez pas l'appareil en cas de lésions.
- Ne le plongez pas dans l'eau, le sable et/ou des débris susceptibles de pénétrer dans l'évent du boîtier du moteur.
- Ne retirez pas les vis et n'essayez pas de le démonter.
- Cet appareil contient des batteries non remplaçables.

EFFETS SECONDAIRES

Vous pouvez provoquer une irritation cutanée et des ecchymoses légères si vous appliquez la boule de massage Molecule™ à un seul endroit pendant plus de 60 secondes ou sur des zones osseuses. Les personnes qui se remettent d'une chirurgie, d'affections cutanées, de plaies, d'affections nerveuses, de fractures et/ou de contusions peuvent présenter des effets secondaires. Pour éviter des réactions, les utilisateurs doivent consulter un médecin avant d'utiliser la boule de massage Molecule™.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

1. Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation.
2. Pendant la charge, le voyant d'alimentation devient vert en fonction du niveau de puissance réel de la batterie.
3. Le produit ne peut pas être utilisé pendant que la charge est en cours.
4. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni. N'utilisez pas d'autres adaptateurs pour éviter d'endommager la batterie et d'éviter tout danger potentiel.
5. Temps de chargement : 1,5 heure.

GARANTIE

Cet appareil est couvert par une garantie limitée de deux ans à compter de la date de livraison. La garantie s'applique uniquement à l'appareil, à l'exclusion des accessoires et de la batterie.

Pendant la période de garantie, les articles défectueux sont réparés ou remplacés gratuitement. Toute preuve de mauvaise utilisation, d'abus, d'altérations ou de dommages dus à une cause extérieure peut invalider cette garantie.

Pour plus d'informations, contactez le distributeur/fabricant.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité avec la PARTIE 15B des règles de la FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nocives, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

BOULE DE MASSAGE VIBRANTE COMPLEX

MODÈLE : INTL-CX202WL03

Alimentée par batterie au lithium-polymère (7,4 V, 1 200 mAh, 8,88 Wh)

Entrée nominale : 5 V 2 A

Puissance nominale : Max. 12 W

Utiliser uniquement avec un bloc d'alimentation <ICP15A-050-2000B>



Fabriqué en
Chine.

COORDONNÉES

Distribué par DJO France S.A.S

Centre Européen de Frêt, 3 rue de Bethar

64990 Mouguerre France

www.compex.com

Copyright © 2020 par DJO, LLC

Les résultats peuvent varier d'un individu à l'autre. Ni DJO, LLC ni aucune de ses filiales ne fournit d'avis médical. Le contenu de ce document ne constitue pas un avis médical. Par contre, veuillez consulter un professionnel de santé pour obtenir des informations sur les cycles de traitement, le cas échéant, qui pourraient vous convenir.



LEA EL MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO


COMPEX ®

MOLECULE™

Bola de masajes vibratoria

INTRODUCCIÓN

La bola de masajes vibratoria Complex Molecule tiene cuatro niveles de intensidad de vibración para aliviar el dolor en músculos agarratados o doloridos. Aumenta la circulación en áreas concretas y alivia el cansancio y la inflamación de los músculos. Utilice esta herramienta de recuperación antes y después de un entrenamiento para aliviar y nutrir su cuerpo.



- A** Nivel 1: 1.700 rpm
- B** Nivel 2: 1.900 rpm
- C** Nivel 3: 2.200 rpm
- D** Nivel 4: 2.200-1.700 rpm
- E** Indicador de alimentación
- F** Puerto de carga USB (5 V 2 A)

INDICADOR DE ALIMENTACIÓN



<20%



40%



60%



80%



>80%

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS		VELOCIDAD 1	VELOCIDAD 2	VELOCIDAD 3	VELOCIDAD 4	OBSERVACIÓN
Ruido (dB)		<54db	-	-	54db	Estado: 30 cm de distancia
Velocidad de giro (con carga)		1700	1900	2200	1700-2200	
Hercios (Hz)		28.33 Hz	31.67 Hz	36.67 Hz	28.3Hz-36.6Hz	
Prueba de consumo eléctrico	Voltaje (V)	8.1	8.06	7.88	7.88	
	Corriente (A)	0.29	0.41	0.91	0.8	
	Potencia (W)	2.35W	3.3W	7.2W	6.3W	
Prueba de carga y descarga	Tiempo de carga	1,5 h				
	Tiempo de descarga	1-1,5 h				Se detiene automáticamente durante una ronda cada 15 minutos de funcionamiento
Consumo eléctrico en espera		<60uA				
Adaptador	Cable USB de 100–240 VCA 50/60 Hz, 5 V 2 A conforme al estándar de EE. UU. (certificación: UL/ETL RUSP)					
Batería	Batería de polímero de litio de 7,4 V, 1.200 mAh (2 en serie)					

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

El producto está diseñado con cuatro niveles de intensidad de vibración. Para encenderlo o apagarlo, pulse el botón de encendido durante 3 segundos hasta que la luz del indicador de alimentación se encienda o apague. Para seleccionar el nivel de vibración deseado, pulse el botón de encendido para cambiar de un nivel al siguiente. La luz azul indicará el nivel de vibración en el que se encuentra.



CUIDADO

- No se recomienda dejar que la batería tenga una carga por debajo del 20 % durante un período prolongado. Cargue el dispositivo al máximo para evitar que la batería se descargue cuando el dispositivo tenga menos del 25 % de la vida de la batería.
- En cada modo, el dispositivo se apagará automáticamente después de 15 minutos de uso.



ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

ESTE PRODUCTO DEBE USARSE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

- Usado por o administrado por adultos.
- Deténgase inmediatamente si siente cualquier dolor o incomodidad.
- Evite el contacto con la cabeza u otras áreas con hueso.
- Utilícelo en el cuerpo durante menos de 1 minuto en cada ubicación concreta. Siga moviéndolo sobre los músculos y evite las áreas con hueso.
- No deje caer Molecule™.
- Este aparato no está destinado a su uso por parte de personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que dispongan de supervisión o les haya dado instrucciones sobre el uso del mismo la persona responsable de su seguridad.

- Los niños deberían supervisarse para garantizar que no juegan con el aparato.
- El aparato solo puede usarse con la unidad de suministro eléctrico <modelo ICP15A-050-2000B> suministrada con el mismo.
- ADVERTENCIA: Para cargar la batería, solo debe usar la unidad de suministro extraíble que se facilita con el aparato.

CONTRAINDICACIONES

NO UTILICE MOLECULE™ SIN RECIBIR LA APROBACIÓN DE SU MÉDICO EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- Cirugía reciente de cualquier tipo
- Alteraciones cutáneas y heridas que puedan verse afectadas por masajeadores vibratorios
- Hernias discales
- Embarazo
- Diabetes y neuropatía o daño en la retina
- Portador de marcapasos
- Lesiones afectadas por masajeadores vibratorios
- Epilepsia, migraña
- Hernia discal
- Espondilolistesis
- Desprendimiento vertebral, rigidez de la articulación de la columna
- Colocación reciente de un prótesis articular, DIU
- Clavijas o placas metálicas



ADVERTENCIAS

- No usar si está dañado.
- No sumergir en agua, arena y/o desechos sueltos que puedan introducirse en el ventilador de la caja del motor.
- No retirar tornillos ni tratar de desmontarlo.
- Este aparato contiene baterías que no son sustituibles.

REACCIONES ADVERSAS

Puede sufrir irritación cutánea y ligeras contusiones si se usa Molecule™ en un lugar durante más de 60 segundos o sobre áreas con hueso. Las reacciones adversas pueden producirse en personas que se recuperan de una cirugía, alteraciones cutáneas, heridas, problemas nerviosos, huesos rotos o contusiones. Para evitar reacciones, los usuarios deben consultar con su médico antes de usar Molecule™.

INSTRUCCIONES DE CARGA

1. Cargue el dispositivo completamente antes de su primer uso.
2. Durante la carga, el indicador de alimentación cambiará a verde de acuerdo con el nivel de potencia real de la batería.
3. El producto no puede utilizarse mientras se carga.
4. Utilícelo solo con el adaptador proporcionado. No utilice otros adaptadores para evitar daños en la batería y posibles peligros.
5. Tiempo de carga: 1,5 horas.

GARANTÍA

Este dispositivo está cubierto por una garantía limitada de dos años desde la fecha de entrega. La garantía se aplica al dispositivo únicamente, por lo que los accesorios y la batería no están cubiertos.

Durante el periodo de garantía, se repararán o reemplazarán los elementos defectuosos sin ningún cargo. Si se observan indicios de mal uso, maltrato, variaciones o daños causados externamente, es posible que la garantía quede anulada.

Para obtener más información, póngase en contacto con el distribuidor/fabricante.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NORMAS FCC, PARTE 15B: Declaración de cumplimiento

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar un funcionamiento anómalo.

BOLA DE MASAJES VIBRATORIA COMPEX

MODELO: INTL-CX202WL03

Alimentada con batería de polímero de litio (7,4 V, 1.200 mAh, 8,88 Wh)

Entrada nominal: 5 V 2 A

Potencia nominal: Máx. 12W

Usar solo con la unidad de suministro eléctrico <ICP15A-050-2000B>



Fabricado en China

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Distribuido por DJO France S.A.S
Centre Européen de Frêt, 3 rue de Bethar
64990 Mouguerre France
www.compex.com

Servicio técnico
DJO Iberica, Productos Ortopédicos, S.L.
Crta. De Cornellà, 144, 1ª4a
08850 Esplugues de Llobregat

Copyright © 2020 de DJO, LLC
Los resultados individuales pueden variar. Ni DJO, LLC ni ninguna de sus filiales proporciona asesoramiento médico. El contenido de este documento no constituye asesoramiento médico. Debe consultar con un profesional sanitario para obtener información sobre los tratamientos que, de haberlos, puedan ser apropiados para usted.



LEGGERE IL MANUALE PRIMA DI METTERE IN
FUNZIONE IL PRODOTTO


COMPEX ®

MOLECULE™

Sfera vibrante per massaggi

INTRODUZIONE

La sfera vibrante per massaggi Compex Molecule dispone di quattro livelli di intensità di vibrazione per alleviare il dolore causato da muscoli rigidi o doloranti. Aumenta la circolazione nelle aree su cui viene applicata, allevia il dolore e il gonfiore ai muscoli. Utilizzare questo strumento di recupero prima e dopo un allenamento per ottimizzare il recupero muscolare.



- A** Livello 1 - 1700 giri/min
- B** Livello 2 - 1900 giri/min
- C** Livello 3 - 2200 giri/min
- D** Livello 4 - 2200-1700 giri/min
- E** Spia di accensione
- F** Porta di ricarica USB (5V 2A)

SPIA DI ACCENSIONE



<20%



40%



60%



80%



>80%

SPECIFICHE DI BASE		VELOCITÀ 1	VELOCITÀ 2	VELOCITÀ 3	VELOCITÀ 4	NOTA
Rumore (dB)		<54db	-	-	54db	Condizione: distanza 30 cm
Velocità di vibrazione (con carico)		1700	1900	2200	1700- 2200	
Hertz (Hz)		28.33 Hz	31.67 Hz	36.67 Hz	28.3Hz- 36.6Hz	
Test consumo di alimentazi- one	Tensione (V)	8.1	8.06	7.88	7.88	
	Corrente (A)	0.29	0.41	0.91	0.8	
	Alimentazi- one (W)	2.35W	3.3W	7.2W	6.3W	
Test di ricarica e di scarica	Tempo di ricarica	15H				
	Tempo di scarica	1-15H				Ogni 15 minuti di funzion- amento si ferma auto- maticamente per un ciclo
Consumo di corrente in stand-by		<60uA				
Adattatore	CA100-240V 50/60 Hz, 5V 2A cavo USB standard Stati Uniti (Certificazione: UL/ETL ROHS)					
Batteria	Batteria ai polimeri di litio 7,4 V 1200 mAh (2 in serie)					

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Il prodotto è progettato per fornire quattro livelli di intensità di vibrazione. Per accendere/spegnere, premere il pulsante di accensione per 3 secondi fino a quando la spia di accensione non si accende/spegne. Per selezionare il livello di vibrazione desiderato premere il pulsante di accensione, per passare da un livello all'altro. La spia blu indicherà il livello di vibrazione attuale.



ATTENZIONE

- Si consiglia di non lasciare la batteria con una carica inferiore al 20% per un periodo di tempo prolungato. Ricaricare completamente il dispositivo per evitare l'esaurimento della batteria quando la durata della batteria del dispositivo è inferiore al 25%.
- In tutte le modalità, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti di utilizzo.



AVVERTENZA DI SICUREZZA

UTILIZZARE IL PRODOTTO NEL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI SEGUENTI:

- Utilizzo e/o somministrazione solo per adulti.
- Interrompere immediatamente se si avverte dolore o fastidio.
- Evitare il contatto con la testa e/o altre zone ossee.
- Utilizzare per non più di 1 minuto su ciascuna specifica parte del corpo. Continuare a muovere la sfera sui muscoli evitando le zone ossee.
- Non far cadere il dispositivo.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza specifica, a meno che non siano sotto la supervisione o siano state istruite circa l'uso del dispositivo da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

- Assicurarsi che i bambini non giochino con il dispositivo.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo con l'unità alimentatore <model ICP15A-050-2000B> fornita con il dispositivo.
- **AVVERTENZA:** ai fini della ricarica della batteria, utilizzare solo l'unità di alimentazione rimovibile fornita con il dispositivo.

CONTROINDICAZIONI

NON UTILIZZARE MOLECOLE™ SENZA L'APPROVAZIONE DEL MEDICO SE SI APPLICANO LE SEGUENTI CONDIZIONI:

- Interventi chirurgici recenti di qualsiasi tipo
- Malattie della cute e/o ferite causate dall'uso di massaggiatori vibranti
- Ernia del disco
- Gravidanza
- Diabete/neuropatia o danno retinico
- Uso di pacemaker
- Lesioni causate da massaggiatori vibranti
- Epilessia o emicrania
- Ernia del disco
- Spondilolistesi
- Distacco vertebrale o rigidità articolare della colonna vertebrale
- Recente artoplastica sostitutiva o inserimento di spirale intrauterina
- Perni o placche metalliche
- Qualsiasi disturbo correlato alla salute



AVVERTENZE

- Non utilizzare in caso di ferite.
- Non immergere in acqua, sabbia e/o detriti sciolti che potrebbero entrare nello sfiato dell'alloggiamento del motore.
- Non rimuovere le viti o cercare di smontare il dispositivo.
- Questo dispositivo contiene batterie non sostituibili.

REAZIONI AVVERSE

Se Molecule™ viene utilizzato in un unico punto per più di 60 secondi o su aree ossee, si possono verificare irritazioni cutanee e lievi ecchimosi. Persone in via di recupero da interventi chirurgici, con malattie cutanee, ferite, particolari condizioni nervose, fratture e/o contusioni possono sperimentare reazioni avverse. Per evitare eventuali reazioni avverse, gli utenti devono consultare il medico prima di utilizzare Molecule™.

ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO DELLA BATTERIA

1. Caricare completamente l'unità di controllo prima del primo utilizzo.
2. Durante la ricarica, l'indicatore di alimentazione diventerà verde in base al livello di ricarica effettivo della batteria.
3. Il dispositivo non può essere utilizzato durante la ricarica.
4. Utilizzare solo l'adattatore fornito. Non utilizzare altri adattatori per evitare danni alla batteria e potenziali pericoli.
5. Tempo di ricarica: 1,5 ore.

GARANZIA

Questo dispositivo ha una garanzia limitata di due anni dalla data di consegna. La garanzia si applica solo al dispositivo e gli accessori e la batteria non sono coperti da questa garanzia.

Durante il periodo di validità della garanzia, gli articoli difettosi verranno riparati o sostituiti gratuitamente. Qualsiasi prova di uso improprio, abuso, alterazioni o danni causati esternamente può invalidare questa garanzia.

Per ulteriori informazioni, contattare il distributore/fabbricante.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità FCC PARTE 15B

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

SFERA VIBRANTE PER MASSAGGI COMPLEX

MODELLO: INTL-CX202WL03

Alimentato da batteria ai polimeri di litio (7,4 V, 1200 mAh, 8,88 Wh)

Ingresso nominale: 5V 2A

Potenza nominale: Max. 12 W

Utilizzare solo con l'unità di alimentazione <ICP15A-050-2000B>



Fabbricato in
Cina

INFORMAZIONI DI CONTATTO

Distribuito da DJO France S.A.S

Centre Européen de Frêt, 3 rue de Bethar

64990 Mouguerre France

www.compex.com

Copyright © 2020 by DJO, LLC

I singoli risultati possono variare. Né DJO, LLC né alcuna delle sue sussidiarie forniscono pareri medici. Il contenuto del presente documento non costituisce un parere medico.

Piuttosto, si prega di consultare il proprio medico per informazioni sugli eventuali cicli di trattamento appropriati al caso specifico.



VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS DIE
BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN


COMPEX ®

MOLECULE™

Massageball mit Vibration

EINFÜHRUNG

Der Complex Molecule Massageball mit Vibration bietet vier Vibrationsstärken zur Linderung von Muskelschmerzen oder -verspannungen. Zur gezielten Verbesserung der Zirkulation sowie zur Linderung von Schmerzen und Muskelentzündungen. Dieses Produkt kann vor und nach dem Sport angewendet werden, um den Körper zu regenerieren und stärken.



- (A)** Stufe 1 – 1700 U/min.
- (B)** Stufe 2 – 1900 U/min.
- (C)** Stufe 3 – 2200 U/min.
- (D)** Stufe 4 – 2200-1700 U/min.
- (E)** Betriebsanzeige
- (F)** USB-Ladebuchse (5 V 2 A)

BETRIEBSANZEIGE



<20%



40%



60%



80%



>80%

HAUPTDATEN		GESCHWINDIGKEITSSTUFE 1	GESCHWINDIGKEITSSTUFE 1	GESCHWINDIGKEITSSTUFE 1	GESCHWINDIGKEITSSTUFE 1	ANMERKUNG
Geräuschpegel (dB)		<54db	-	-	54db	Bei 30 cm Abstand
Drehzahl (bei Last)		1700	1900	2200	1700-2200	
Hertz (Hz)		28.33 Hz	31.67 Hz	36.67 Hz	28.3Hz-36.6Hz	
Leistungsaufnahmeprüfung	Spannung (V)	8.1	8.06	7.88	7.88	
	Stromstärke (A)	0.29	0.41	0.91	0.8	
	Leistung (W)	2.35W	3.3W	7.2W	6.3W	
Lade- und Entladeprüfung	Ladezeit	1,5 Std.				
	Entladezeit	1-1,5 Std.				Hält automatisch nach 15 Minuten an
Stromverbrauch im Ruhezustand		<60uA				
Adapter	100 AC -240 V 50/60 Hz, 5 V 2 A USB-Kabel (US-Standard) (Zertifizierung: UL/ ETL ROHS)					
Akku	7,4 V 1200 mAh Li-Polymer-Akku (2 in Reihenschaltung)					

BETRIEBSANWEISUNGEN

Das Produkt besitzt vier Vibrationsstärken. Zum Ein-/Ausschalten die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Leuchte der Betriebsanzeige aufleuchtet/erlischt. Zur Einstellung der Vibrationsstufe die Ein/Aus-Taste drücken, bis die gewünschte Stufe ausgewählt ist. Die blaue Leuchte zeigt an, welche Vibrationsstufe gerade ausgewählt ist.



VORSICHT

- Der Akku sollte niemals längere Zeit auf weniger als 20 % entladen sein. Bei einem Akkustand unter 25 % muss das Gerät vollständig aufgeladen werden, um eine Entladung zu verhindern.
- Das Gerät schaltet sich in jedem Modus automatisch nach 15 Minuten in Verwendung wieder aus.



SICHERHEITSHINWEIS

BEI DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS MÜSSEN FOLGENDE ANWEISUNGEN BEACHTET WERDEN:

- Das Gerät darf nur bei und/oder von Erwachsenen verwendet werden.
- Bei Schmerzen oder Unbehagen die Verwendung sofort einstellen.
- Kontakt mit dem Kopf und/oder anderen knöchigen Stellen vermeiden.
- Jeweils höchstens 1 Minute an derselben Körperstelle anwenden. Das Gerät stetig über die Muskeln bewegen und dabei knöchige Stellen vermeiden.
- Den Molecule™ keinesfalls fallen lassen.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung/mangelnden Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person entsprechend in der Verwendung des Gerätes eingewiesen oder beaufsichtigt.

- Kinder sind in der Nähe des Gerätes zu beaufsichtigen, um zu verhindern, dass sie damit spielen.
- Das Gerät ist ausschließlich zur Verwendung mit dem mitgelieferten Netzteil <Modell ICP15A-050-2000B> bestimmt.
- **WARNUNG:** Der Akku darf nur über das mitgelieferte Netzteil aufgeladen werden.

KONTRAINDIKATIONEN

MOLECULE™ DARF BEI FOLGENDEN KONTRAINDIKATIONEN NUR MIT ÄRZTLICHER ZUSTIMMUNG VERWENDET WERDEN:

- Kürzlich zurückliegende Operation (gleich welcher Art)
- Hauterkrankungen und/oder Wunden, die durch vibrierende Massagegeräte beeinträchtigt werden könnten
- Bandscheibenvorfall
- Schwangerschaft
- Diabetes/Neuropathie oder Netzhautschäden
- Schrittmacher
- Verletzungen, die durch vibrierende Massagegeräte beeinträchtigt werden könnten
- Epilepsie oder Migräne
- Bandscheibenleiden
- Spondylolisthesis
- Wirbelablösung oder Wirbelsäulengelenksteifheit
- kürzlich erfolgter Austausch von Gelenken oder Spiralen
- Metallstiften oder Metallplatten
- Gesundheitsbedingte Erkrankungen



WARNHINWEISE

- Bei vorliegenden Verletzungen nicht verwenden.
- Gerät nicht in Wasser, Sand und/oder losen Schmutz legen, um ein Eindringen in die Motorgehäuseöffnung zu verhindern.
- Gerät nicht auseinanderschrauben oder zerlegen.
- Dieses Gerät enthält Akkus, die nicht austauschbar sind.

NEBENWIRKUNGEN

Wenn Molecule™ an derselben Stelle länger als 60 Sekunden bzw. an knöchigen Stellen verwendet wird, kann es zu Hautreizungen und leichten Blutergüssen kommen. Bei Personen mit kürzlich zurückliegender Operation, Hauterkrankungen, Wunden, Nervenerkrankungen, Knochenbrüchen und/oder Prellungen können Nebenwirkungen auftreten. Um Nebenwirkungen zu vermeiden, sollte vor der Verwendung von Molecule™ ein Arzt konsultiert werden.

LADEANLEITUNG

1. Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die Betriebsanzeige neben dem jeweiligen Ladestand des Akkus grün auf.
3. Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.
4. Bitte verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter. Um Akkus Schäden und mögliche Gefahren zu vermeiden, dürfen keine anderen Adapter verwendet werden.
5. Ladezeit: 1,5 Stunden

GARANTIE

Für dieses Gerät gilt eine beschränkte Garantie von zwei Jahren ab Lieferdatum. Die Garantie gilt nur für das Gerät; das Zubehör und die Batterie sind durch die Garantie nicht abgedeckt.

Während der Garantiezeit werden defekte Komponenten kostenlos repariert oder ersetzt. Jeglicher Nachweis von Missbrauch, Fehlbedienung, Änderungen oder extern verursachten Schäden kann dazu führen, dass die Garantie ihre Gültigkeit verliert.

Für weitere Informationen bitte den Händler/Hersteller kontaktieren.

KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Konformitätserklärung nach FCC, Teil 15B

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften. Es darf nur betrieben werden, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Das Gerät kann keine schädlichen Interferenzen auslösen und (2) es muss alle eingehenden Interferenzen auffangen, d. h. auch Interferenzen, die sich nachteilig auf den Betrieb auswirken können.

COMPEX MASSAGEBALL MIT VIBRATION

MODELL: INTL-CX202WL03

Stromversorgung über Lithium-Polymer-Akku (7,4 V/1200 mAh/8,88 Wh)

Nennaufnahmeleistung: 5 V 2 A

Nennleistung: Max. 12 W

Nur mit dem Netzteil <ICP15A-050-2000B> verwenden



Hergestellt in
China

KONTAKTDATEN

Vertrieb durch DJO France S.A.S
Centre Européen de Frêt, 3 rue de Bethar
64990 Mouguerre France
www.compex.com

Copyright © 2020 by DJO, LLC
Individuelle Ergebnisse können unterschiedlich sein. Weder DJO, LLC noch eine seiner Tochtergesellschaften geben medizinische Ratschläge. Der Inhalt dieses Dokuments stellt keine medizinische Beratung dar. Wenden Sie sich für Informationen über den Behandlungsablauf, der ggf. für Sie geeignet ist, an Ihren Arzt.



LEES DE HANDLEIDING VÓÓR GEBRUIK
VAN DIT PRODUCT


COMPEX ®

MOLECULE™

Vibrerende massagebal

INLEIDING

De Complex Molecule vibrerende massagebal heeft vier niveaus vibratie-intensiteit voor het verminderen van pijn door stijve of pijnlijke spieren. Verhoogt de circulatie in de behandelde gebieden, vermindert pijn en zwellingen van de spieren. Gebruik dit hulpmiddel voor herstel voor en na het sporten om uw lichaam te laten herstellen en te ondersteunen.



- (A)** Niveau 1: 1700 rpm
- (B)** Niveau 2: 1900 rpm
- (C)** Niveau 3: 2200 rpm
- (D)** Niveau 4: 2200-1700 rpm
- (E)** Stroomindicator
- (F)** USB-oplaadpoort (5 V 2 A)

STROOMINDICATOR



<20%



40%



60%



80%



>80%

BASISSPECIFICATIE		SNELHEID 1	SNELHEID 2	SNELHEID 3	SNELHEID 4	OPMERKING
Geluidsniveau (dB)		<54db	-	-	54db	Toestand: 30 cm afstand
Rotatiesnelheid (met laden)		1700	1900	2200	1700-2200	
Hertz (Hz)		28.33 Hz	31.67 Hz	36.67 Hz	28.3Hz-36.6Hz	
Stroomverbruik testen	Spanning (V)	8.1	8.06	7.88	7.88	
	Stroom (A)	0.29	0.41	0.91	0.8	
	Vermogen (W)	2.35W	3.3W	7.2W	6.3W	
Test laden en ont-laden	Laadtijd	1,5 u				
	Ontlaadtijd	1-1,5 u				Stopt om de 15 minuten werking automatisch één ronde
Stroomverbruik stand-by		<60uA				
Adapter	AC 100-240 V 50/60 Hz, 5 V 2 A VS standaard USB-kabel (certificatie: UL/ETL ROHS)					
Batterij	7,4 V 1200 mAh li-polymeerbatterij (2 in serie)					

FUNCTIEAANWIJZINGEN

Het product is ontworpen voor vier niveaus vibratie-intensiteit. Als u het apparaat wilt in- of uitschakelen, houdt u de aan/uit-knop drie seconden ingedrukt totdat het stroomindicatorlampje aan of uit gaat. Als u het gewenste vibratieniveau wilt selecteren, drukt u op de aan/uit-knop om van het ene niveau naar het volgende te schakelen. Het blauwe lampje geeft het huidige vibratieniveau aan.



VOORZORGSMAATREGELEN

- Het wordt niet aanbevolen om de batterij lange tijd op minder dan 20% te laten werken. Laad het apparaat volledig op om te voorkomen dat het batterijniveau minder dan 25% wordt.
- In elke modus wordt het apparaat na 15 minuten gebruik automatisch uitgeschakeld.



VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

DIT APPARAAT MOET WORDEN GEBRUIKT IN OVEREENSTEMMING MET DE VOLGENDE INSTRUCTIES:

- Mag alleen worden gebruikt en/of toegediend door volwassenen.
- Stop het gebruik onmiddellijk als u pijn of ongemak ervaart.
- Vermijd contact met het hoofd en/of andere botachtige oppervlakken.
- Gebruik niet langer dan 1 minuut per specifieke locatie bij lichaamsdelen. Blijf over de spieren bewegen en vermijd botachtige oppervlakken.
- Laat de Molecule™ niet vallen.
- Dit instrument is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderd fysieke, sensorieel of mentaal functievermogen of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij onder toezicht of instructie met betrekking tot het gebruik van het instrument door een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de betreffende persoon.

- Kinderen moeten onder toezicht blijven om er zeker van te zijn dat zij niet met het instrument spelen.
- Dit instrument mag alleen worden gebruikt met de voedingsunit <model ICP15A-050-2000B> die erbij is geleverd.
- **WAARSCHUWING:** Voor het opladen van de batterij mag alleen de uitneembare unit worden gebruikt die bij het instrument is geleverd.

CONTRA-INDICATIES

DE MOLECULE™ NIET GEBRUIKEN ZONDER GOEDKEURING VAN UW ARTS ALS DE VOLGENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN:

- Recente operaties, van welke aard dan ook
- Letsels die worden beïnvloed door vibrerende massageapparaten
- Huidaandoeningen en/of wonden die worden beïnvloed door vibrerende massageapparaten
- Epilepsie of migraine
- Discushernia
- Hernia
- Zwangerschap
- Spondylolisthesis
- Diabetes/neuropathie of netvliesletsel
- Loslaten van de wervels of stijfheid van het gewricht van de wervelkolom
- Pacemaker
- Recente vervanging van gewrichten of spiraaltje
- Metalen pinnen of metalen platen
- Andere gezondheidsgerelateerde ziekten



WAARSCHUWINGEN

- Niet gebruiken bij letsel.
- Niet onderdompelen in water, zand en/of losse deeltjes die in de ventilatie-openingen van de motorbehuizing terecht kunnen komen.
- Schroeven niet verwijderen of proberen los te maken.
- Dit instrument bevat onvervangbare batterijen.

BIJWERKINGEN

U kunt huidirritatie en lichte bloeduitstortingen ervaren als u de Molecule™ meer dan 60 seconden op dezelfde plaats of op botachtige oppervlakken gebruikt. Bijwerkingen kunnen worden ervaren door mensen die herstellende zijn van een operatie of die huidaandoeningen, wonden, zenuwaandoeningen, botbreuken en/of kneuzingen hebben. Om reacties te voorkomen moeten gebruikers een arts raadplegen alvorens de Molecule™ te gebruiken.

INSTRUCTIES VOOR HET OPLADEN

1. Laad het instrument volledig op vóór het eerste gebruik.
2. Bij het laden brandt de groene stroomindicator volgens het werkelijke stroomniveau van de batterij.
3. Het product kan tijdens het opladen niet worden gebruikt.
4. Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Om schade aan de batterij en potentieel gevaar te voorkomen mogen geen andere adapters worden gebruikt.
5. Laadtijd: 1,5 uur

GARANTIE

Dit apparaat heeft een beperkte garantie van twee jaar vanaf de datum levering. De garantie is alleen van toepassing op het apparaat; de accessoires en batterij worden niet gedekt door deze garantie.

Tijdens de garantieperiode worden defecte onderdelen gratis hersteld of vervangen. Enig bewijs van onjuist gebruik, misbruik, aanpassingen of van buitenaf toegebrachte schade kan ervoor zorgen dat deze garantie ongeldig wordt.

Neem voor nadere informatie contact op met de distributeur/fabrikant. For more information, please contact the distributor/manufactureur.

CONFORMITEITSVERKLARING

Nalevingsverklaring FCC DEEL 15B

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Voor gebruik moet aan de volgende twee voorwaarden worden voldaan: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die mogelijk een ongewenste werking veroorzaakt.

COMPEX VIBRERENDE MASSAGEBAL

MODEL: INTL-CX202WL03

Aangedreven door lithium-polymeerbatterij (7,4 V, 1200 mAh, 8,88 Wh)

Nominale ingangsspanning: 5 V 2 A

Nominaal vermogen: Max. 12 W

Uitsluitend gebruiken met voedingsunit <ICP15A-050-2000B>



Gefabriceerd in
China

CONTACTGEGEVENS

Gedistribueerd door DJO France S.A.S
Centre Européen de Frêt, 3 rue de Bethar
64990 Mouguerre France
www.compex.com

© 2020 DJO, LLC

Individuele resultaten kunnen variëren. DJO LCC en de dochterondernemingen geven geen medisch advies. De inhoud van dit document vormt geen medisch advies. Raadpleeg in plaats daarvan uw eigen zorgprofessional voor informatie over de behandelwegen, indien van toepassing, die mogelijk geschikt zijn voor u.



LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN
DENNA PRODUKT ANVÄNDS


COMPEX ®

MOLECULE™

Vibrerande massageboll

INLEDNING

Complex Molecule vibrerande massageboll har fyra nivåer av vibrationsintensitet för att lindra smärta från stela eller värkande muskler. Ökar cirkulationen i målområdet, lindrar ömma och svullna muskler. Använd detta hjälpmedel för återhämtning före eller efter ett träningspass för att läka och vårda din kropp.



- A** Nivå 1 - 1700 v/m
- B** Nivå 2 - 1900 v/m
- C** Nivå 3 - 2200 v/m
- D** Nivå 4 - 2200-1700 v/m
- E** Strömindikator
- F** USB-laddningsport (5V 2A)

STRÖMINDIKATOR



<20%



40%



60%



80%



>80%

GRUNDLÄGGANDE SPECIFIKATION		HAS-TIGHET 1	HAS-TIGHET 2	HAS-TIGHET 3	HAS-TIGHET 4	ANMÄRKNING
Buller (dB)		<54db	-	-	54db	Förhållande: 30 cm avstånd
Varvshastighet (med belastning)		1700	1900	2200	1700- 2200	
Hertz (Hz)		28.33 Hz	31.67 Hz	36.67 Hz	28.3Hz- 36.6Hz	
Test av strömför- brukning	Spänning (V)	8.1	8.06	7.88	7.88	
	Ström (A)	0.29	0.41	0.91	0.8	
	Effekt (W)	2.35W	3.3W	7.2W	6.3W	
Ladd- nings- och urladd- ningstest	Laddning- stid	1,5 tim.				
	Urladd- ningstid	1-1,5 tim.				Var 15:e minut stoppas den automatiskt efter en ar- betsomgång
Standby strömförbrukning		<60uA				
Adapter	AC100-240V 50/60Hz, 5V 2A USA standard USB-kabel (certifiering: UL/ETL ROHS)					
Batteri	7,4 V 1200 mAh litiumpolymerbatteri (2 i serie)					

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Denna produkt är utformad för fyra nivåer av vibrationsintensiteter. För att stänga PÅ/AV, tryck på strömknappen i 3 sekunder tills indikatorlampan lyser/stängs av. För att välja önskad vibrationsnivå, tryck på strömknappen för att cirkulera från en nivå till nästa. Det blå ljuset kommer att indikera vilken vibrationsnivå du är på.



FÖRSIKTIGHET

- Det rekommenderas inte att tömma batteriet mindre än 20 % under någon längre tidsperiod. Ladda batteriet helt för att undvika urladdning av batteriet när enheten har mindre än 25 % batteritid kvar.
- I varje läge kommer enheten att automatiskt stängas av efter 15 minuters användning.



SÄKERHETSVARNING

DENNA PRODUKT MÅSTE ANVÄNDAS I ENLIGHET MED FÖLJANDE INSTRUKTIONER:

- Används eller administreras endast av vuxna.
- Stoppa omedelbart användningen om du känner smärta eller obehag.
- Undvik kontakt med huvud och/eller beniga områden.
- Använd på kroppsdelar och inte mer än i 1 minut på en specifik plats. Håll den i rörelse över muskler och undvik beniga områden.
- Tappa inte Molecule™.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer
- (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte får handledning eller instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

- Apparaten är endast avsedd att användas med strömförsörjningsenhet <modell ICP15A-050-2000B> som levereras med apparaten.
- **WARNING!** I syftet att återuppladda batteriet, använd endast den avtagbara matningsenheten som levereras med apparaten.

KONTRAINDIKATIONER

ANVÄND INTE MOLECULE™ UTAN GODKÄNNANDE AV LÄKARE OM NÅGOT AV FÖLJANDE SJKDOMSTILLSTÅND FÖREKOMMER:

- Nyligen genomgången operation av något slag
- Hudsjukdomar och/eller sår som påverkas av vibrerande massage
- Diskbråck
- Graviditet
- Diabetes/neuropati eller näthinneskada
- Användning av pacemaker
- Skador som påverkas av vibrerande massage
- Epilepsi eller migrän
- Diskbråck
- Spondylolisthesis
- Löshet eller styvhet i ryggraden
- Nya eller utbytta leder eller LUD
- Metallstift eller metallplattor
- Eventuella hälsorelaterade sjukdomar



VARNING

- Använd inte om produkten är skadad.
- Sänk inte ned i vatten, sand och/eller lösa partiklar som kan komma innanför motorkåpens ventil.
- Skruva inte ur skruvar eller försök demontera apparaten.
- Denna apparat innehåller batterier som inte är utbytbara.

BIVERKNINGAR

Du kan uppleva hudirritation och ett svagt blåmärke om Molecule™ används på ett ställe under mer än 60 sekunder eller på beniga områden. Biverkningar kan upplevas av personer som återhämtar sig efter operation eller som har hudsjukdomar, sår, nervskador, brutna ben och/eller blåmärken. För att undvika biverkningar ska användaren konsultera läkare före användning av Molecule™.

LADDNINGSANVISNINGAR

1. Ladda enheten helt före första användningen.
2. Under laddning kommer strömindikatorn att lysa grön enligt batteriets aktuella batterinivå.
3. Produkten kan inte användas medan den laddas.
4. Använd endast medföljande adapter. Använd ingen annan adapter för att undvika skada batteriet eller förhindra potentiell fara.
5. Laddningstid: 1,5 timmar.

GARANTI

Denna enhet har två års begränsad garanti från leveransdatumet. Garantin gäller endast för själva enheten och tillbehören och batteriet täcks inte av denna garanti.

Under garantiperioden repareras defekta delar eller byts ut utan kostnad. Alla tecken på felaktig användning, Missbruk, förändring eller externt tillfogad skada kan leda till att garantin ogiltigförklaras.

För ytterligare information, kontakta återförsäljaren/tillverkaren.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

FCC PART 15B Efterlevnadsförklaring

Detta instrument överensstämmer med del 15 i FCC:s bestämmelser. Användning är underkastad följande två villkor:

(1) denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna produkt måste acceptera eventuella inkommande störningar, inklusive störningar som kan orsaka icke önskad funktion.

COMPEX VIBRERANDE MASSAGEBOLL

MODELL: INTL-CX202WLO3

Drivs av litiumpolymerbatteri (7,4 V; 1200 mAh; 8,88 Wh)

Märkspänning/märkström: 5V 2A

Märkeffekt: Max. 12 W

Använd endast med matningsenheten <ICP15A-050-2000B>



Tillverkad i Kina

KONTAKTINFORMATION

Distribueras av DJO France S.A.S
Centre Européen de Frêt, 3 rue de Bethar
64990 Mouguerre France
www.compex.com

Upphovsrätt © 2020 av DJO, LLC
Enskilda resultat kan uppvisa avvikelser. Varken DJO,
LLC eller något av dess dotterbolag lämnar medicinsk
rådgivning. Innehållet i detta dokument utgör inte medicinsk
rådgivning. Kontakta istället hälso- och sjukvårdspersonal för
information om behandlingssätt – om sådant finns – som kan
vara lämpligt för dig.



LUE KÄYTTÖOHJE, ENNEN KUIN KÄYTÄT TUOTETTA


COMPEX ®

MOLECULE™

värisevä hierontapallo

JOHDANTO

Väriävän Compex Molecule -hierontaapallon neljä värinävoimakkuuden tasoa auttavat lievittämään jäykistä tai särkevästä lihaksista johtuvaa kipua. Lisää kohdealueiden verenkiertoa sekä lievittää särkyä ja lihastulehdusta. Tämän palautumisvälineen käyttö ennen kuntoilua ja sen jälkeen auttaa parantamaan ja ravitsemaan kehoa.



- A** Taso 1 - 1700 r/min
- B** Taso 2 - 1900 r/min
- C** Taso 3 - 2200 r/min
- D** Taso 4 - 2200–1700 r/min
- E** Virran merkkivalo
- F** USB-latausportti (5 V, 2 A)

VIRRRAN MERKKIVALO



<20%



40%



60%



80%



>80%

PERUSTIEDOT		NOPEUS 1	NOPEUS 2	NOPEUS 3	NOPEUS 4	HUOMAUTUS
Melu (dB)		<54db	-	-	54db	Ehto: 30 cm:n etäisyys
Kiertonopeus (kuormitettuna)		1700	1900	2200	1700-2200	
Hertsia (Hz)		28.33 Hz	31.67 Hz	36.67 Hz	28.3Hz-36.6Hz	
Virrankulutuksen testaus	Jännite (V)	8.1	8.06	7.88	7.88	
	Virta (A)	0.29	0.41	0.91	0.8	
	Teho (W)	2.35W	3.3W	7.2W	6.3W	
Lataus- ja purkautumistesti	Latausaika	1.5H				
	Purkautumisaika	1-1.5H				Toiminta pysähtyy automaattisesti 15 minuutin välein yhdeksi kierrokseksi
Virrankulutus lepotilassa		<60uA				
Adapteri	AC 100-240 V 50/60 Hz, 5 V, 2 A, US-standardin USB-johto (sertifiointi: UL/ ETL ROHS)					
Akku	7,4 V 1200 mAh litiumpolymeeriakku (2 sarjassa)					

KÄYTTÖOHJEET

Tuotteessa on neljä värinän voimakkuustasoa. Virta kytketään päälle tai pois painamalla virtapainiketta 3 sekuntia, kunnes virran merkivalo syttyy tai sammuu. Haluttu värinätaso valitaan painelemalla virtapainiketta yhdeltä tasolta seuraavaan. Sininen valo osoittaa kulloisenkin värinätason.



HUOMIO

- Akkua ei saa päästää purkautumaan alle 20 %:iin pitkäksi ajaksi. Kun akun lataus on alle 25 %, lataa laite täyteen, jotta vältetään akun tyhjentyminen.
- Kussakin tilassa laite sammuu automaattisesti 15 minuutin käytön jälkeen.



TURVAVAROITUS

TÄTÄ TUOTETTA ON KÄYTETTÄVÄ SEURAAVIEN OHJEIDEN MUKAISESTI:

- Käyttäjien pitää olla aikuisia.
- Lopeta heti, jos tunnet kipua tai epämukavuutta.
- Vältä kosketusta päähän ja/tai muihin luisiin kohtiin.
- Käytä enintään 1 minuutti tiettyyn kehon kohtaan. Liikutele lihasten päällä ja vältä luisia kohtia.
- Älä pudota Molecule™-laitetta.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käyttöön, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikot tai joilta puuttuu kokemusta ja tietämystä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valvonut tai opastanut heitä laitteen käytössä.
- Lapsia pitää valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.
- Laitteen kanssa saa käyttää vain laitteen mukana toimitettua virtalähdettä <malli ICP15A-050-2000B>.

- VAROITUS: akun lataamiseen saa käyttää vain tämän laitteen mukana toimitettua irrotettavaa virtalähdettä.

VASTA-AIHEET

ÄLÄ KÄYTÄ MOLECULE™-LAITETTA ILMAN LÄÄKÄRIN HYVÄKSYNTÄÄ, JOS SEURAAVAT EHDOT PÄTEVÄT:

- Mikä tahansa äskettäinen leikkaus
- Ihosairauksia ja/tai haavoja, joihin värisevät hierontalaitteet vaikuttavat
- Välilevytyrä
- Raskaus
- Diabetes/neuropatia tai verkkokalvovamma
- Tahdistimen käyttö
- Vammoja, joihin värisevät hierontalaitteet vaikuttavat
- Epilepsia tai migreeni
- Välilevytyrä
- Spondylolisteesi
- Vertebraalinen nikaman siirtymä
- Tuore keidonivel leikkaus
- Metaliset implantit tms
- Tervetyyttä uhkaavat sairaudet



VAROITUKSET

- Älä käytä loukkaantuneena.
- Älä upota veteen, hiekkaan ja/tai irtoaineeseen, jota voisi päästä moottorikotelon sisään.
- Älä irrota ruuveja tai yritä purkaa laitetta.
- Tämä laite sisältää akkuja, joita ei voi vaihtaa.

HAITTAVAIKUTUKSET

Saatat kokea ihoärsytystä ja lieviä mustelmia, jos Molecule™-laitetta käytetään yhdessä kohdassa yli 60 sekuntia tai luisten kohtien päällä. Haittavaikutuksia voi esiintyä ihmisillä, jotka toipuvat leikkauksesta, ihosairauksista, haavoista, hermosairauksista, luunmurtumista ja/tai ruhjeista. Haittavaikutusten välttämiseksi käyttäjien pitää keskustella lääkärin kanssa ennen Molecule™-laitteen käyttöä.

LATAUSOHJEET

1. Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
2. Latautumisen aikana virran merkkivalo muuttuu vihreäksi akun jännitetason mukaisesti.
3. Tuotetta ei voi käyttää lataamisen aikana.
4. Käytä ainoastaan mukana toimitettua adapteria. Älä käytä muita adaptereita, jotta vältetään akkuvauriot ja mahdollinen vaara.
5. Latausaika: 1,5 tuntia.

TAKUU

Tällä laitteella on rajoitettu kahden vuoden takuu alkuperäisestä toimituspäivämäärästä lukien. Takuu koskee vain laitetta, se ei koske lisävarusteita ja akkua.

Takuuajana vialliset osat korjataan tai vaihdetaan uusiin veloituksetta. Jos laitteessa on mitään väärinkäytön, virheellisen käytön tai muokkausten merkkejä tai ulkoisia vaurioita, takuu saattaa raueta.

Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä maahantuojaan/valmistajaan.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

FCC:N OSAN 15B vaatimustenmukaisuuslausunto

Tämä laite vastaa FCC:n sääntöjen osaa 15. Tämän laitteen käyttöön sovelletaan seuraavia kahta ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on siedettävä vastaanottamansa häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottuja vaikutuksia.

VÄRISEVÄ COMPEX-HIERONTAPALLO

MALLI: INTL-CX202WL03

Virtalähde litiumpolymeeriakku (7,4 V, 1200 mAh, 8,88 Wh)

Nimellistulo: 5 V, 2 A

Nimellisteho: maks. 12 W

Käytä vain <ICP15A-050-2000B> -virtalähteen kanssa



Valmistettu Kiinassa

YHTEYSTIEDOT

Jakelija: DJO France S.A.S

Centre Européen de Frêt, 3 rue de Bethar

64990 Mouguerre France

www.compex.com

Copyright © 2020 by DJO, LLC

Tulokset voivat vaihdella yksilöllisesti. DJO, LLC tai mikään sen tytäryhtiöistä ei anna lääketieteellistä neuvontaa. Tässä asiakirjassa ei anneta lääketieteellisiä neuvoja. Jos haluat tietoja mahdollisista sinulle soveltuvista hoidoista, käänny terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.



LÆS MANUALEN FØR BRUG AF DETTE PRODUKT


COMPEX ®

MOLECULE™

Vibrerende massagebold

INTRODUKTION

Complex Molecule vibrerende massagebold har fire niveauer af vibrationsintensitet til smertelindring af stive eller ømme muskler. Øger blodomløbet i behandlingsområderne og lindrer ømme og hævede muskler. Benyt dette restitutionsapparat før og efter træning for at lindre og pleje din krop.



- A** Niveau 1 - 1700 o/min.
- B** Niveau 2 - 1900 o/min.
- C** Niveau 3 - 2200 o/min.
- D** Niveau 4 - 2200-1700 o/min.
- E** Strømindikator
- F** USB-opladningsport (5 V 2 A)

STRØMINDIKATOR



<20%



40%



60%



80%



>80%

STANDARDSPECIFIKATION		HAS-TIGHED 1	HAS-TIGHED 2	HAS-TIGHED 3	HAS-TIGHED 4	BE-MÆRKNING
Støj (dB)		<54db	-	-	54db	Betingelse: 30 cm afstand
Omdrejningshastighed (med belastning)		1700	1900	2200	1700-2200	
Hertz (Hz)		28.33 Hz	31.67 Hz	36.67 Hz	28.3Hz-36.6Hz	
Strømforbrugstest	Spænding (V)	8.1	8.06	7.88	7.88	
	Strømstyrke (A)	0.29	0.41	0.91	0.8	
	Effekt (W)	2.35W	3.3W	7.2W	6.3W	
Opladnings- og afladningstest	Opladningstid	1,5 timer				
	Afladningstid	1-1,5 timer				Slukker automatisk efter 15 minutters brug.
Strømforbrug i standby-tilstand		<60uA				
Adapter	AC 100-240 V 50/60 Hz, 5 V 2 A US standard USB-kabel (certificering: UL/ETL ROHS)					
Batteri	7,4 V 1200 mAh lithium-polymer-batteri (2 serieforbundne)					

BETJENINGSVEJLEDNING

Produktet er designet til at have fire niveauer af vibrationsintensitet. Det tændes/slukkes ved at trykke på afbryderknappen og holde den nede i 3 sekunder, indtil strømindikatorlampen tændes/slukkes. For at vælge det ønskede vibrationsniveau skal du trykke på afbryderen for at skifte fra niveau til niveau. De blå indikatorlamper indikerer det valgte vibrationsniveau.



FORSIGTIG

- Det anbefales ikke at lade batterilevetiden falde til under 20 % i en længerevarende periode. Oplad batteriet til fuld kapacitet for at undgå afladning af batteriet, når enheden har mindre end 25 % batterilevetid.
- I hver tilstand slukkes enheden automatisk efter 15 minutters brug.



SIKKERHEDSADVARSEL

PRODUKTET SKAL ANVENDES I OVERENSSTEMMELSE MED FØLGENDE ANVISNINGER:

- Må kun anvendes og/eller håndteres af voksne.
- Indstil brugen af produktet med det samme, hvis du oplever smerter eller ubehag.
- Undgå kontakt med hovedet og/eller andre områder med fremskudte knogler.
- Må kun påføres enkelte kropsdele i maks. 1 minut ad gangen. Bevæg produktet henover muskler, og undgå områder med fremskudte knogler.
- Molecule™ må ikke udsættes for faldfare.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

- Apparatet må kun anvendes sammen med strømforsyningsenheden <model ICP15A-050-2000B>, der følger med apparatet.
- ADVARSEL: Brug kun den afmonterbare strømforsyningsenhed, der følger med dette apparat, til genoplading af batteriet.

KONTRAINDIKATIONER

BRUG IKKE MOLECULE™ UDEN EN LÆGEORDINATION UNDER FØLGENDE BETINGELSER:

- Nylige operationer af enhver art
- Hudsygdomme og/eller sår, der kan blive påvirket af vibrerende massageapparater
- Diskusprolaps
- Graviditet
- Diabetes/neuropati eller nethindebeskadigelse
- Brug af pacemakere
- Personskader, der kan blive påvirket af vibrerende massageapparater
- Epilepsy or migraine
- Disc herniation
- Spondylolisthesis
- Vertebral detachment or spine joint rigidity
- Recent replacement of joints or IUD
- Metal pins or metal plates
- Any health-related diseases



ADVARSLER

- Må ikke bruges ved kvæstelser.
- Må ikke komme i kontakt med vand, sand og/eller løse stumper, der kan trænge ind i motorhusets ventilationskanal.
- Undlad at fjerne skruerne eller forsøge at skille apparatet ad.
- Apparatet indeholder ikke-udskiftelige batterier.

KOMPLIKATIONER

Du kan opleve hudirritation og få små blå mærker, hvis Molecule™ påføres én kroppsdel eller fremskudte knogler i mere end 60 sekunder. Komplikationer kan opleves af personer, der kommer sig efter kirurgi, hudsygdomme, sår, nervesygdomme, knoglebrud og/eller kontusioner. For at undgå komplikationer bør brugere konsultere en læge, inden de tager Molecule™ i brug.

CHARGING INSTRUCTIONS

1. Oplad enheden til fuld kapacitet før første ibrugtagning.
2. Under opladning vil strømindikatorene lyse grønt i henhold til batteriets aktuelle opladningsniveau.
3. Produktet kan ikke anvendes under opladning.
4. Anvend kun den medfølgende adapter. Brug ikke andre adaptere for at undgå beskadigelse af batteriet og potentiel fare.
5. Opladningstid: 1,5 timer

GARANTI

Denne enhed har en begrænset garanti på to år fra leveringsdatoen. Garantien gælder kun for selve enheden, og tilbehør og batteriet er ikke dækket af denne garanti.

I løbet af garantiperioden reparerer eller ombyttes defekte dele uden beregning. Ethvert tegn på forkert brug, misbrug, ændringer eller eksternt forårsaget skade kan gøre denne garanti ugyldig.

Du bedes kontakte forhandleren/producenten for yderligere oplysninger.

OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING

FCC DEL 15B Overensstemmelseserklæring

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Betjeningen er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

COMPEX VIBRERENDE MASSAGEBOLD

MODEL: INTL-CX202WL03

Indeholder lithium-polymer-batteri (7,4 V, 1200 mAh, 8,8 Wh)

Normeret indgangseffekt: 5 V 2 A

Normeret effekt: Maks. 12 W

Må kun benyttes sammen med <ICP15A-050-2000B>
strømforsyningsenhed



Fremstillet i
Kina

KONTAKTOPLYSNINGER

Distribueret af DJO France S.A.S
Centre Européen de Frêt, 3 rue de Bethar
64990 Mouguerre France
www.compex.com

Copyright © 2020 by DJO, LLC
Individuelle resultater kan variere. Hverken DJO, LLC
eller nogen af deres datterselskaber tilbyder lægefaglig
rådgivning. Indholdet i dette dokument udgør ikke
lægefaglig rådgivning. Kontakt i stedet din praktiserende
læge for oplysninger om, hvilket behandlingsforløb, der
eventuelt kan være relevant for dig.



LES GJENNOM BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU TAR I
BRUK PRODUKTET


COMPEX ®

MOLECULE™

Vibrerende massasjekule

INTRODUKSJON

Compex Molecule vibrerende massasjekule har fire nivåer av vibrasjonsintensitet for å lindre smerter fra stive eller verkende muskler. Øker sirkulasjonen i målrettede områder, lindrer ømhet og inflammasjonsprosesser i musklene. Bruk dette restitusjonsverktøyet før og etter trening for å helbrede og pleie kroppen din.



- A** Nivå 1 - 1700rpm
- B** Nivå 2 - 1900rpm
- C** Nivå 3 - 2200rpm
- D** Nivå 4 - 2200-1700rpm
- E** Strømindikator
- F** USB-ladeport (5V 2A)

STRØMINDIKATOR



<20%



40%



60%



80%



>80%

GRUNNLEGGENDE SPESIFIKASJONER		HAS-TIGHET 1	HAS-TIGHET 1	HAS-TIGHET 1	HAS-TIGHET 1	KOMMENTAR
Støy(dB)		<54db	-	-	54db	Forhold: 30cm avstand
Rotasjonshastighet (med last)		1700	1900	2200	1700-2200	
Frekvens (Hz)		28.33 Hz	31.67 Hz	36.67 Hz	28.3Hz-36.6Hz	
Strømforbrukstesting	Spenning (V)	8.1	8.06	7.88	7.88	
	Strøm (A)	0.29	0.41	0.91	0.8	
	Effekt (W)	2.35W	3.3W	7.2W	6.3W	
Lade og utladningstest	Ladetid	1,5t				
	Utladningstid	1-1,5t				Hver 15. minutter i drift stopper automatisk i en runde
Strømforbruk i hvilemodus		<60uA				
Adapter	AC100-240V 50/60Hz, 5V 2A US standard USB-kabel (sertifisering: UL/ETL ROHS)					
Battery	7,4 V 1200mAh Li-Polymer-batteri (2 i serie)					

BRUKSANVISNING

Produktet er designet for å ha fire nivåer av vibrasjonsintensitet. For å slå på/av, trykk på strømknappen i tre sekunder til strømindikatorlampen lyser/slås av. For å velge ønsket vibrasjonsnivå, trykk på av/på-knappen for å veksle mellom nivåene. Det blå lyset vil indikere vibrasjonsnivået du er på.



FORSIKTIG

- Det anbefales ikke å tømme batteriet til mindre enn 20 % over en lengre periode. Lad enheten fullstendig for å unngå utladning av batteriet når enheten har lavere batterilevetid enn 25 %.
- I hver modus slås enheten automatisk av etter 15 minutters bruk.



SIKKERHETSADVARSEL

DETTE PRODUKTET MÅ BRUKES I OVERENSSTEMMELSE MED FØLGENDE INSTRUKSJONER:

- Brukes kun av og/eller administreres av voksne.
- Stopp umiddelbart hvis du føler smerte eller ubehag.
- Unngå kontakt med hode og/eller andre benete områder.
- Bør ikke brukes på kroppsdeler i mer enn ett minutt per bestemt sted. Fortsett å bevege deg over muskler og unngå beinete områder.
- Ikke mist Molecule™.
- Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn bør være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

- Apparatet skal bare brukes med strømforsyningsenheten som følger med apparatet.
- ADVARSEL: For å lade opp batteriet, bruk bare den avtakbare strømforsyningsenheten som fulgte med dette apparatet.

KONTRAINDIKASJONER

IKKE BRUK MOLECULE™ UTEN GODKJENNING FRA LEGEN DIN HVIS EN AV DE FØLGENDE FORHOLDENE GJELDER:

- Nylig utført et inngrep eller operasjon
- Hudforhold og/eller sår påvirket av vibrerende massasjeapparater
- Skiveprolaps
- Graviditet
- Diabetes/nevropati eller retinal skade
- Bruker pacemaker
- Skader som påvirkes negativt av vibrerende massasjeapparater
- Epilepsi eller migrene
- Spondylolistese
- Sammenvokste ryggradssegmenter
- Nylig inn operert leddproteser
- Skruer eller metallplater i det aktuelle området



ADVARSLER

- Ikke bruk hvis du er skadet.
- Ikke senk det ned i vann, sand og/eller løst avfall som kan komme inn i ventilasjonshuset.
- Ikke fjern skruene eller prøv å demontere.
- Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan byttes ut.

BIVIRKNINGER

Du kan oppleve hudirritasjon og milde blåmerker hvis Ion™ brukes på ett sted i mer enn 60 sekunder eller over beinete områder. Bivirkninger kan oppleves av personer som kommer seg etter kirurgi, hudsykdommer, sår, nervesykdommer, beinbrudd og/eller har store blåmerker. For å unngå reaksjoner, bør brukerne oppsøke lege før de bruker Molecule™

LADEINSTRUKSER

1. Lad enheten helt opp før første gangs bruk.
2. Under lading blir strømindikatoren grønn i henhold til batteriets faktiske strømnivå.
3. Produktet kan ikke brukes under lading.
4. Bruk bare adapteren som følger med. Ikke bruk andre adaptere for å unngå skade på batteriet og potensiell fare.
5. Ladetid: 1,5 timer.

GARANTI

Denne enheten har en begrenset garanti på to år fra leveringsdato. Garantien gjelder bare for enheten, og tilbehøret og batteri er ikke dekket av denne garantien.

I løpet av garantitiden vil defekte deler repareres eller skiftes ut uten kostnad. Eventuelle bevis på misbruk, feil bruk, modifikasjoner eller skade forårsaket eksternt, kan ugyldiggjøre denne garantien.

For mer informasjon kan du kontakte distributøren/produzenten.

SAMSVARSERKLÆRING

FCC PART 15B Overensstemmelseserklæring

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-reglene. Drift er underlagt de følgende to betingelsene: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

COMPEX VIBRERENDE MASSASJEKULE

MODELL: CX202WL03

Drives av Lithium-polymer batteri (7,4V , 1200mAh, 8,88Wh)

Nominell inngangsspenning: 5V 2A

Nominell effekt: Maks. 12 W

Bruk kun med <ICP15A-050-2000B>-strømforsyningen



Laget i Kina

KONTAKTINFORMASJON

Distribueres av DJO France S.A.S
Centre Européen de Frêt, 3 rue de Bethar
64990 Mouguerre France
www.compex.com

Copyright© 2020 by DJO, LLC
Individuelle resultater kan variere. Verken DJO, LLC eller noen
av deres datterselskaper gir medisinsk rådgivning. Innholdet
i dette dokumentet er ikke ment som medisinsk rådgivning.
Ta snarere kontakt med helsepersonell for informasjon om
eventuelle behandlingsforløp som kan være passende for deg.



LEIA O MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO


COMPEX ®

MOLECULE™

Bola de massagem vibratória

INTRODUÇÃO

A bola de massagem vibratória Complex Molecule tem quatro níveis de intensidade de vibração para aliviar a dor em músculos tensos ou doridos. Aumenta a circulação em áreas localizadas e alivia a dor e a inflamação dos músculos. Utilize esta ferramenta de recuperação antes e depois de um exercício para restabelecer e cuidar do seu corpo.



- A** Nível 1 - 1700 rpm
- B** Nível 2 - 1900 rpm
- C** Nível 3 - 2200 rpm
- D** Nível 4 - 2200-1700 rpm
- E** Indicador de alimentação
- F** Porta de carregamento USB (5 V, 2 A)

INDICADOR DE ALIMENTAÇÃO



<20%



40%



60%



80%



>80%

ESPECIFICAÇÃO BÁSICA		VELOCIDADE 1	VELOCIDADE 2	VELOCIDADE 3	VELOCIDADE 4	OBSERVAÇÃO
Ruído (dB)		<54db	-	-	54db	Condição: 30 cm de distância
Velocidade de rotação (com carga)		1700	1900	2200	1700-2200	
Hertz (Hz)		28.33 Hz	31.67 Hz	36.67 Hz	28.3Hz-36.6Hz	
Teste de consumo de energia	Tensão (V)	8.1	8.06	7.88	7.88	
	Corrente (A)	0.29	0.41	0.91	0.8	
	Potência (W)	2.35W	3.3W	7.2W	6.3W	
Teste de carregamento e descarregamento	Tempo de carregamento	1,5 h				
	Tempo de descarregamento	1-1,5 h				A cada 15 minutos de funcionamento, pára automaticamente durante um ciclo
Consumo de energia em standby		<60uA				
Adapter	Cabo USB padrão para os EUA, 100-240 VCA, 50/60 Hz, 5 V, 2 A (Certificação: UL/ETL ROHS)					
Bateria	Bateria de polímero de lítio de 7,4 V, 1200 mAh (2 em série)					

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

O produto foi concebido para ter quatro níveis de intensidade de vibração. Para ligar/desligar, mantenha o botão de alimentação premido durante 3 segundos até a luz do indicador de alimentação se acender/apagar. Para seleccionar o nível de vibração pretendido, prima o botão de alimentação para transitar de um nível para o outro. A luz azul indica o nível de vibração em que se encontra.



CUIDADO

- Não se recomenda gastar a bateria mais de 20% durante um período de tempo prolongado. Carregue totalmente o dispositivo para evitar a descarga da bateria quando o dispositivo tiver menos de 25% de bateria.
- Em cada modo, o dispositivo desliga-se automaticamente após 15 minutos de utilização.



ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA

ESTE PRODUTO DEVE SER UTILIZADO DE ACORDO COM AS SEGUINTE INSTRUÇÕES:

- Utilizado e/ou administrado apenas por adultos.
- Pare imediatamente se sentir dor ou desconforto.
- Evite o contacto com a cabeça e/ou outras áreas ossudas.
- Utilize por um período não superior a 1 minuto em cada parte do corpo específica. Continue a mover sobre os músculos e evite áreas ossudas.
- Não deixe cair a Molecule™.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que tenham recebido de uma pessoa responsável pela sua segurança supervisão ou instruções relativamente à utilização do aparelho.

- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- O aparelho deve ser utilizado apenas com a unidade de fonte de alimentação <modelo ICP15A-050-2000B> fornecida com o aparelho.
- **ADVERTÊNCIA:** para recarregar a bateria, utilize apenas a unidade de alimentação amovível fornecida com este aparelho.

CONTRA-INDICAÇÕES

**NÃO UTILIZE A MOLECULE™ SEM TER RECEBIDO APROVAÇÃO DO SEU MÉDICO
CASO SE APLIQUEM AS SEGUINTE CONDIÇÕES:**

- Cirurgias recentes de qualquer tipo
- Lesões afectadas por massajadores vibratórios
- Condições de pele e/ou feridas afectadas por massajadores vibratórios
- Epilepsia ou enxaqueca
- Discos herniados
- Hérnia de disco
- Gravidez
- Espondilolistese
- Diabetes/neuropatia ou lesão da retina
- Descolamento vertebral ou rigidez da articulação da coluna vertebral
- Uso de pacemakers
- Substituição recente de articulações ou DIU
- Pinos ou placas de metal
- Quaisquer doenças relacionadas à saúde



ADVERTÊNCIAS

- Não utilize se tiver sofrido uma lesão.
- Não mergulhe em água, areia e/ou detritos soltos que possam entrar na ventilação do compartimento do motor.
- Não remova os parafusos nem tente desmontar o dispositivo.
- Este aparelho contém baterias que não são substituíveis.

REACÇÕES ADVERSAS

Poderá apresentar irritação cutânea e hematomas ligeiros se a Molecule™ for utilizada num dado local por mais de 60 segundos ou sobre áreas ossudas. As reacções adversas poderão ocorrer em pessoas que estejam a recuperar de cirurgia, condições de pele, feridas, condições nervosas, ossos partidos e/ou contusões. De modo a evitar reacções, os utilizadores deverão consultar um médico antes de utilizarem a Molecule™.

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO

1. Carregue totalmente o dispositivo antes da primeira utilização.
2. Durante o carregamento, o indicador de alimentação fica verde de acordo com o nível efectivo de alimentação da bateria.
3. O produto não pode ser utilizado enquanto estiver a carregar.
4. Utilize apenas o adaptador fornecido. Não utilize outros adaptadores para evitar danos na bateria e um potencial perigo.
5. Tempo de carregamento: 1,5 horas.

GARANTIA

Este dispositivo tem um período de garantia limitada de dois anos a partir da data de entrega. A garantia aplica-se apenas ao dispositivo, os acessórios e a bateria não são abrangidos por esta garantia.

Durante o período de garantia, os itens com defeito serão reparados ou substituídos sem custos. Qualquer evidência de utilização indevida, abusiva, alterações ou danos causados externamente pode resultar na anulação desta garantia.

Para mais informações, contacte o distribuidor/fabricante.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaração de conformidade com a FCC PARTE 15B

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não poderá causar interferências lesivas e (2) este dispositivo deverá aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento indesejado.

BOLA DE MASSAGEM VIBRATÓRIA COMPEX

MODELO: CX202WL03

Funciona com uma bateria de polímero de lítio (7,4 V, 1200 mAh, 8,88 Wh)

Entrada nominal: 5 V, 2 A

Potência nominal: máx. 12 W

Utilizar apenas com a unidade de alimentação <ICP15A-050-2000B>



Fabricado na
China

INFORMAÇÕES DE CONTACTO

Distribuído por DJO France S.A.S

Centre Européen de Frêt, 3 rue de Bethar

64990 Mouguerre France

www.compex.com

Copyright © 2020 by DJO, LLC

Os resultados individuais podem variar. Nem a DJO, LLC nem qualquer uma das suas subsidiárias fornecem aconselhamento médico. O conteúdo deste documento não constitui aconselhamento médico. Consulte o seu profissional de saúde para obter informações sobre os tratamentos, se aplicável, mais apropriados para si.

INTL-CX2021F09 Rev A